

**Begutachtungsausschuss der Österreichischen Gesellschaft für
Hygiene, Mikrobiologie und Präventivmedizin**

A-1090 Wien, Kinderspitalg. 15 Tel: ++ 43 1 40160-33031 Fax: ++ 43 1 40160-933000 DVR: 0504661

An
Antiseptica Austria
Handelskai 388
A-1020 Wien

Wien, 5.8.2020



Das Dosiergerät ZEL 12 CPU

wurde am 17.01.2001 von TÜV (München),
am 29.01.2001 vom DVGW (Bonn),
am 05.12.2001 vom BAM (Berlin) und
am 12.12.2002 von SERCO (Bonn)
auf seine einwandfreie Funktion geprüft.

Aufgrund der Ergebnisse dieser Prüfungen bescheinigt der Ausschuss die Eignung
**zur automatischen Bereitung der gebrauchsfertigen Lösung eines flüssigen
Desinfektionsmittels bei Betrieb der Anlage gemäß zugehöriger
Bedienungs- und Wartungsanleitung.**

Diese Expertise gilt bis zum 6. März 2023.


Univ. Prof. Dr. med. G. Wewalka
Vorsitzender des Begutachtungsausschusses