

**Begutachtungsausschuss der Österreichischen Gesellschaft für
Hygiene, Mikrobiologie und Präventivmedizin**

A-1090 Wien, Kinderspitalg. 15 Tel: ++ 43 1 40160-33031 Fax: ++ 43 1 40160-933000 DVR: 0504661

An
Antiseptica
chem. - pharm. Produkte GmbH.
Handelskai 265
A-1020 Wien

Wien, 5.8.2020



Descogen Liquid

auf Basis von Caroat wurde

am 20.3.2007 und 20.12.2018 von Dr. T. Koburger (Greifswald) und
am 6.5.2008 und 5.12.2011 von Univ.-Prof.Dr. HP. Werner (Bischofshofen)
auf seine desinfizierende Wirkung geprüft.

Aufgrund der Ergebnisse dieser Prüfungen bescheinigt der Ausschuss die Eignung zur

Flächendesinfektion (Wischdesinfektion)

bei folgender Konzentration und Einwirkzeit:

unter geringer Belastung

Bakterizidie / Levurozidie: **3,0 % / 30 min** und **1,5 % / 60 min**

Diese Expertise gilt bis zum 26. April 2022.


Univ. Prof. Dr. med. G. Wewalka
Vorsitzender des Begutachtungsausschusses